

**Esclarecimento 21/11/2018 09:55:24**

Dispõe o item 3 do Edital do Pregão Nº 38/2018 que: "Desfibrilador externo automático - acesso público automático com onda bifásica de baixa energia para choques que reduz a exposição do miocárdio aos altos picos de corrente, permita ser configurado para sequência de 3 (três) choques com energias escalonáveis ou 3 (três) choques fixos, série de choques não deve ultrapassar 200 joules, deve possuir interface gráfica com o operador com sequência indicada, mostrando todos os passos da ressuscitação, utilizar comandos de voz em português para guiar o socorrista durante a sequência de ressuscitação, possuir display eletroluminescente ou tela de cristal líquido para exibição de mensagens de texto, número de choques, tempo decorrido e profundidade da rcp, podendo ser configurado para exibir traçado de ecg, monitorar o ritmo cardíaco da vítima através de eletrodos, possuir memória interna para armazenamento de traçados de ecgpré/pós choques, sequência de choques. A energia elétrica deve ser através de baterias não carregáveis com vida mínima de 02 (anos), o equipamento deverá executar auto testes periódicos para garantir sua disponibilidade contínua com o operador, sempre em português. Portátil, com alça transporte. R\$ 5.825,86" Após análise realizada no descritivo acima, visualizamos que o preço estimado pra aquisição dos equipamentos encontra-se abaixo do estimado, visto que o mesmo solicita sensor de profundidade de RCP. Com isso, solicitamos a este estimado órgão que reveja sua pesquisa de mercado com intuito de ampliar a participação no certame.

**Fechar**



**Resposta** 21/11/2018 09:55:24

Temos a informar que o setor técnico responsável pela pesquisa de preços apresentou 6 preços, alcançando a média para estimativa unitária de R\$ 5.825,86, pesquisa esta realizada nos termos dos Decretos Distritais nº 36.220/2014, 36.520/2015 e Decreto Federal nº 5.450/2005 e demais legislação correlata. Informamos ainda que dentre estes preços 4 (quatro) são preços públicos de licitações ocorridas no presente exercício e 1 (uma) proposta comercial, ocorrendo variação de 1,89% a 20,53% entre o preço referencial da licitação. Informo ainda que todos os 6 preços fizeram parte da composição da média estimativa, o que assegura que este preço é o praticado no mercado, não havendo necessidade de revisão da estimativa.

**Fechar**